

Доставка на система за микровълнов синтез за обезпечаване на проект по Фонд Наука

И.Н.: 106103093

Приложени файлове:

- Приложение 1 Техническа спецификация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Образец 4 Договор-проект система синтез ФН.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Указания фонд наука система синтез.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T442145-Експорт-20241127.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - Общата директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Доставки	Дата на публикация	27.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	38000000 80500000
Краен срок	27.12.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"	Прогнозна стойност	17 767 BGN
Прогнозна стойност EUR	9 080,08 EUR		
Описание	Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на система за микровълнов синтез за обезпечаване на одобрен за финансиране проект от Фонд Наука към Медицински университет Варна, наричана за краткост системата, подробно описана в Техническата спецификация (Приложение №1) към документацията. Предметът на обществената поръчка включва доставка на система за микровълнов синтез, както и монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на Възложителя за работа със системата. Възложителят може да заяви системата в срок до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора. Предлаганата система за микровълнов синтез трябва да бъдат с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация.		

