

„Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на нов, неупотребяван и nereциклиран нискотемпературен газов стерилизатор за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД”

И.Н.: 106064393

Вид на поръчката	Доставки	Дата на публикация	26.11.24
Вид документ	Възложена поръчка	CPV/КОП кодове	33191100
Рамково споразумение	НЕ	Брой подадени оферти	1
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД	Изпълнители	РСР ЕООД

Описание	<p>Предмет на обществената поръчка е доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на нов, неупотребяван и nereциклиран нискотемпературен газов стерилизатор за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД със следните технически характеристики: 1. Стерилизиращ агент – етилен оксид 2. Непроходен, с една врата 3. Подходящ за стерилизация на термолабилни медицински изделия 4. Обем: не по-малко от 220 л 5. Минимум 2 бр. работни програми с работни температури максимум до 39°C и до 56°C 6. Наличие на цветен “touch screen” дисплей за указване на параметрите на процеса и за настройване на работа 7. Вграден принтер за документирание на процеса 8. Наличие на вграден бар-код скенер за разпознаване на стерилизационните флакони и разрешаване стартиране на процеса 9. Етилен оксидът да бъде в херметично затворени флакони, с отпечатани на тях уникален 2D баркод, който да може да бъде разчитан от апарата и регистриране на обем, номер на партида и срок на годност 10. Стерилизаторът да разполага със система за автоматично пробиване на флакона, само когато вратата на камерата е херметично затворена. Отварянето на флакона да се извършва в стерилизатора, под вакуум и при достигнати параметри за започване на стерилизация 11. Всеки цикъл на стерилизация трябва да използва 1 пълен флакон Етилен оксид без остатък 12. Флаконът и стерилизиращия агент да има CE марка като Клас 1 медицинско изделие и да има EU REACH регистрация като аксесоар към медицинско изделие 13. След приключване на цикълът на стерилизация, флаконът да преминава изпразване и аерация заедно с аерацията на стерилизационната камера и да може да се изхвърля като неопасен отпадък 14. Стерилизаторът и флаконите с етилен оксид трябва да бъдат от един производител 15. Електрическо захранване: 230 V, 50/60 Hz 16. Ниво на шум - <60 dB Задължителна окомплектовка: 1. В комплект със система за аерация и пълно каталитично разграждане на остатъчния Етилен оксид на водна пара и CO₂. всички необходими връзки, шлаухи и др. необходими за въвеждане в експлоатация на стерилизатора Включени аксесоари: 1. В комплект с 2 кошници с размери, съвместими с размерите на камерата на стерилизатора Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране, като същата се обявява и провежда по реда на чл.114 от ЗОП. Място на изпълнение: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 100, МБАЛ "Света Анна-Варна" АД, Стерилна база</p>
----------	---
